

Este pregão possui 1 Ata Complementar

[Ver Ata Original](#)

158658.532019 .86321 .4433 .41334989613



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal da Integração Latino-Americana

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 1**  
**Nº 00053/2019 (SRP)**

Às 15:00 horas do dia 14 de fevereiro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA PROAGI 89/2019 de 11/07/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23422005048201925, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2019. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de equipamentos de Engenharia para complemento do LAPAV - Laboratório de Pavimentos e LABSOLOS - Laboratório de Mecânica dos Solos., tendo em vista A área técnica solicita esclarecimentos referente ao item 22.

**Item: 22**

**Descrição:** MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS

**Descrição Complementar:** Medidor de aderência portátil - Pêndulo Britânico. Características mínimas: deve possuir pés niveladores; os rolamentos e peças móveis devem estar em compartimentos blindados de modo a evitar desgastes e contaminações; deve possuir ponteiro de arraste, que mede o máximo deslocamento do pêndulo após fricção; deve ser compacto, para facilitar o deslocamento. Deve atender as especificações da ASTM E303; BS 812. Acompanha o aparelho: caixa de transporte; no mínimo 02 (duas) sapatas de borracha padrão para avaliações de pavimentos em laboratório e avaliações de pavimentos em campo assim como todos os acessórios necessários ao funcionamento. Acompanha certificado de calibração conforme EN1097-8. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Assistência técnica permanente no Brasil.

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 36.606,3100

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 300,00

**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 36.000,0000 **e a quantidade de 3 UNIDADE .**

**Histórico**

**Item: 22 - MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS / PEÇAS E ACESSÓRIOS**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	13/02/2020 14:55:33	Volta de Fase para Julgamento
Desfeito		
Situação Em análise do Item	17/02/2020 08:29:51	Desfeito situação do item em análise. Motivo: Área técnica solicita maiores informações sobre o item
Recusa	17/02/2020 08:31:34	Recusa da proposta. Fornecedor: GF COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ/CPF: 13.174.490/0001-94, pelo melhor lance de R\$ 25.300,0000. Motivo: Apresentou marca AMC Equipamentos enquanto o Certificado de Calibração foi emitido para a marca Solocap. O Certificado de Calibração não apresenta os dados do cliente (nome e endereço) e sem assinatura. A calibração foi realizada segundo a ASTM E303-93(2013). TR requer calibração pela norma EN1097-8
Recusa	17/02/2020 08:32:25	Recusa da proposta. Fornecedor: VIATEST INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 03.964.626/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 25.600,0000. Motivo: Envio um laudo de verificação (solicitado atestado de calibração) do equipamento emitido pela própria Viatest (instituição não credenciada e não certificada pelo Inmetro). Não apresenta o erro de medição e incerteza de medição para vários componentes do pêndulo, ao compará-los a componentes padrão
Recusa	17/02/2020	Recusa da proposta. Fornecedor: ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

08:32:51 19.887.163/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000. Motivo: Fornecedor não enviou o manual do equipamento impossibilitando a análise

Abertura do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 08:41:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	17/02/2020 15:55:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64.
Aceite	18/02/2020 16:02:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 36.000,0000.
Habilitado	19/02/2020 08:46:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64

**Não existem intenções de recurso para o item**

---

#### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	13/02/2020 14:55:33	Este pregão foi reagendado para 14/02/2020 15:00.
Sistema	13/02/2020 14:55:33	Sr(s) fornecedor(es), o item 22 está retornando à fase de Julgamento.
Pregoeiro	17/02/2020 08:35:41	Para SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - Conforme norma EN1097-8, o aparelho deverá ser calibrado anualmente por laboratório de calibração reconhecido. Não há menção explícita do INMETRO, porém no Brasil, as calibrações de aparelhos devem ser realizadas pelo INMETRO ou por instituições credenciadas e com acreditação vigente no INMETRO.
Pregoeiro	17/02/2020 08:37:50	Para SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA - Solicito confirmação de que o certificado MATEST foi realizado pelo INMETRO ou por instituição credenciada e com acreditação vigente no INMETRO. O prazo para envio é até as 16:00h de 17/02/2020, sob pena de desclassificação da proposta.
Sistema	17/02/2020 08:41:49	Senhor fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 22.
Sistema	17/02/2020 15:55:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA, CNPJ/CPF: 60.820.321/0001-64, enviou o anexo para o ítem 22.
Pregoeiro	18/02/2020 16:03:19	Boa tarde senhores licitantes. Informo que o item 22 foi aceito pela área técnica com o seguinte parecer: A licitante SOLOTEST enviou os seguintes documentos (disponíveis no Comprasnet) para análise em relação ao item 22 (pêndulo britânico): - "B10.pdf"; "CERTIFICATE MATEST.pdf"; "Manual Pendulo A113.M01.EN.03.pdf"; "pag 53 MATEST PENDULO 3242001.pdf"; (cont)
Pregoeiro	18/02/2020 16:04:04	(cont) "UNILA-CERTIFICADO-DEC-532019.pdf". A partir dos documentos mencionados temos as seguintes análises: - O pêndulo britânico proposto é produzido pela empresa MATEST. - A MATEST é uma empresa instalada na Itália, a qual fabrica equipamentos para avaliações laboratoriais de concretos, cimentos, argamassas e asfaltos desde 1986 (cont)
Pregoeiro	18/02/2020 16:04:33	(cont) ( <a href="http://www.matest.com/en/history/">http://www.matest.com/en/history/</a> ). - A MATEST possui laboratório de calibração acreditado pela ACCREDIA (instituição italiana destinada à acreditação de laboratórios de calibração), atendendo a "ISO 9001: Certified manufacturer" e a "Calibration Laboratory Lat No. 214". No sítio web " <a href="http://www.matest.com/en/quality-accreditations/">http://www.matest.com/en/quality-accreditations/</a> " (cont)
Pregoeiro	18/02/2020 16:05:18	(cont) ao clicar-se no texto "Calibration Laboratory Lat No. 214" tem-se acesso ao arquivo "certificado-di-acreditamento-2018.pdf" referente à acreditação do laboratório de calibração da MATEST. O certificado de acreditação mencionado é enviado anexo a esta mensagem. - O pêndulo britânico produzido pela MATEST é submetido à calibração pela própria (cont)
Pregoeiro	18/02/2020 16:05:50	(cont) MATEST haja vista que ela possui laboratório de calibração acreditado. Essa calibração é efetuada segundo a norma europeia EN 1097-8 vigente, tendo-se então o respectivo Certificado de Calibração (arquivos no Comprasnet: "pag 53 MATEST PENDULO 3242001.pdf" e "CERTIFICATE MATEST.pdf"). (cont)
Pregoeiro	18/02/2020 16:06:20	Cont) - Quando o equipamento é importado, a empresa brasileira SOLOTEST, com laboratório acreditado no INMETRO (instituição brasileira destinada à acreditação de laboratórios de calibração) realiza confirmação da calibração efetuada na Itália (arquivo no Comprasnet: "UNILA-CERTIFICADO-DEC-532019.pdf"). (cont)
Pregoeiro	18/02/2020 16:06:48	(cont) - O manual do equipamento enviado pela licitante SOLOTEST apresenta todas as informações necessárias à utilização do equipamento. - Desta forma, a proposta da licitante SOLOTEST atendeu os requisitos do Termo de Referência.
Pregoeiro	18/02/2020	Amanhã, dia 19/02/2020, irei proceder a habilitação do licitante a partir das 10:30h.

	16:08:17	Automaticamente será aberto prazo para impetrar intenção de recurso contra decisão do pregoeiro. Solicito aos interessados que estejam conectados no horário informado.
Sistema	19/02/2020 08:46:21	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/02/2020 08:46:34	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/02/2020 às 11:00:00.

---

#### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	13/02/2020 14:55:33	A área técnica solicita esclarecimentos referente ao item 22. Reagendado para: 14/02/2020 15:00
Abertura de Prazo	19/02/2020 08:46:21	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	19/02/2020 08:46:34	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/02/2020 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:00 horas do dia 19 de fevereiro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

CARLOS EDUARDO GREGORIO PIRES  
**Pregoeiro Oficial**

LAIS CAROLINI KRUDY CZ  
**Equipe de Apoio**

DIEGO RAFAEL HAUBERT  
**Equipe de Apoio**

[Ver Ata Original](#)

 [Imprimir o Relatório](#)

[Voltar](#)

